

ガス検知器保守点検業務委託仕様書

- 1 委託内容 この保守点検業務委託は、当組合が保有する有毒ガス検知器を常時良好な状態で使用できるよう機械の調整、定期的な点検、清掃等の予防保全措置を行うもので、受託者は機器に精通した技術者に委託して機器を点検するものとする。
なお、点検の着手前には必ず警防課の指示を受けるものとする。

- 2 対象機器 有毒ガス検知器
理研計器株式会社製 GX-8000

- 3 数量 6器

- 4 配備場所

所属	積載車両
佐倉消防署	佐倉化学1
佐倉消防署	佐倉救助1
佐倉消防署神門出張所	神門化学1
佐倉消防署臼井出張所	臼井水槽1
八街消防署	八街水槽1
酒々井消防署	酒々井水槽1

- 5 点検内容
- (1) センサー点検及び交換
 - ア 可燃性ガス
 - イ 酸素
 - ウ 一酸化炭素
 - エ 硫化水素
 - (2) ポンプ流量確認
 - (3) 実ガス校正
 - (4) 警報動作確認
 - (5) その他機能上必要な事項

- 6 報告 点検終了後は、速やかに所定の報告書に点検結果を記入し、各署所毎に1部、警防課に1部提出すること。

- 7 その他 本仕様書に疑義が生じた場合は、別途協議する。