

高度救命処置用資機材仕様書  
(八街救急2)

令和7年度

佐倉市八街市酒々井町消防組合

## 第1 総則

### 1 目的

この仕様書は、佐倉市八街市酒々井町消防組合（以下「消防組合」という。）が令和7年度に八街消防署の高規格救急自動車（八街救急2）に積載する高度救命処置用資機材等（以下「資機材」という。）の購入について、その納入に関する必要な事項を定める。

### 2 資機材の承認と適性

消防組合が購入する資機材は、すべて新規製品で十分な性能を有し、法的な許認可若しくは承認を得たものであり、「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」で定める「高度救命処置用資機材」及び「救急業務実施基準」等の関係法規に適合するものであること。また、救急車に装備並びに積載し、緊急走行を行った状態において十分な耐久性を有するとともに、安全確実に活用できるものであること。

### 3 契約

契約にあたっては、本仕様書の不明な点を事前に消防組合へ質疑し、十分熟知のうえ了承して締結すること。

なお、契約以後の質疑等については消防組合の解釈又は判断に従うものとし、本仕様書で指定する資機材については、本仕様書が提示された時期の前後にかかわらず、その資機材に有用な変更又は改良が加えられ、若しくは新機種及び後継機種が製造元から発表された場合には、その内容を消防組合に遅滞無く連絡し、必要な指示を受けらること。

### 4 提出書類

受注者は、資機材納入時に次の関係書類を消防組合に提出するものとする。

- (1) 取扱説明書
- (2) 医療用具承認書
- (3) 性能証明書
- (4) 保証書

### 5 納期

令和8年3月13日（金）

### 6 納入場所

消防組合の指定する場所

## 第2 資機材

消防組合が購入する資機材は、次に事項とする。

- (1) 納入する資機材の規格及び数量は、別表1のとおりとする。
- (2) 消防組合が別途契約により調達する車両1台に、本件資機材を施すもので、本件受注者は当該車両の受注者（以下「車両業者」という。）と連携し、円滑に制作を進めること。

(3) この仕様書による納入品で、取付けに際し、艤装の必要な納入品は、事前に消防組合の指定する車両業者と入念な打合せを行い、必要な部品等の引渡し（発送）を行うこと。

なお、引渡し（発送）に伴う費用等は受注者の負担とし、発注者の実施する納入検収完了後、車両への取付けが必要な納入品については取付けの上、機能点検を行うこと。

(4) 心電計及び心電図画像伝送装置は伝送可能な状態で救急車内に設置するものとし、通信が可能な状態にて納入すること。

### 第3 検査

納入検査は、消防組合が指定する場所において、受注者が立ち会いのうえ、医療機器の販売に関して所定の許可を受けた者の説明のもと、資機材を救急車に装備及び積載した状態において、次の事項について検査を実施する。

- (1) 資機材の規格及び数量
- (2) 資機材の作動状況
- (3) 附属品の内容及び数量
- (4) その他、消防組合が指示する事項

### 第4 補則

- 1 本仕様書について、疑義又は変更せざるをえない事項が生じた場合は、消防組合に速やかに連絡するとともに、綿密に協議し、消防組合の指示を受けるものとする。
- 2 資機材の保証期間は、製造元が公表する期間とし、保証書を添付すること。
- 3 保証期間を問わず、設計、製作及び材料不良等に起因する不具合箇所が発生した場合は、受注者の責任において早急かつ無償にて修理又は改善を行うものとする。
- 4 受注者は、消防組合の職員に対し、資機材の取り扱い説明を充分に実施すること。  
なお、説明員の派遣に関する一切の諸経費は受注者が負担するものとする。
- 5 受注者は、使用期限が定められている物品については、製造後1ヶ月以内の物品を納入すること。

## 1 高度救命処置用資機材

(別表1)

No.	品名	数量	仕様
気管確保用資機材			
1	気管挿管用枕	1 式	
2	気管チューブ	1 式	クリアロープ付 7.0Fr10 本入り 1 箱
		1 式	クリアロープ付 7.5Fr10 本入り 1 箱
		1 式	クリアロープ付 8.0Fr10 本入り 1 箱
3	トーマスチューブホルダー	3 式	セレクト
4	スタイレット	1 式	14Fr 10 本入り 1 箱
5	ラリングアルチューブ	15 式	サイズ 4 × 10 本 サイズ 3 × 5 本
6	喉頭鏡	1 式	KAWE メガライト (5 本セット)
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡			
1	ビデオ喉頭鏡	1 式	AWS-S200 付属品 USB 変換ケーブル イントロック TL 10 本入り
心電計及び心電図伝送装置			
1	モニタリング機能付き自動体外式除細動器	1 式	ZOLL X Series AX-12CESN (12-lead+CPR+EtCO2+SPO2+NIBP)
	SPO2 レインボーリユーズブルケーブル	1 式	RC-4
	SPO2 レインボーリユーズブルセンサ	1 式	成人用 DCL-dc3 小児用 Pedi-padz II
	SPO2 レインボー粘着式センサ (シングルユース)	1 式	成人 R25 小児 R20
	EtCo2 フィルタラインセット	1 式	成人/小児用 (25 本)
	NIBP リユーズブルカフ	1 式	乳幼児 小児 成人小 成人大
	バッテリー	2 式	SuperPower II 充電式バッテリー
	バッテリーチャージャー	1 式	SuperPower バッテリーチャージャー 4 連
	記録紙	1 式	X Series 記録紙(10 巻)
	電極パッド	1 式	成人用 CPR-Stat-padz (10 枚入り)
USB フラッシュドライバー	1 式		
血中酸素飽和度測定器			
1	パルスオキシメーター	1 式	オキシキュート KOM750D-Y

2	パルス CO オキシメーター	1 式	マシモレインボーRad57 キャリングケース レインボーセット MD20-05 レインボーR25-L
血糖測定器			
1	血糖測定器	1 式	アキュチェックガイド 薬機法（旧薬事法）に規定する医薬品を除く運用付属品含む。（機種別途協議）
自動体外式除細動器			
1	自動体外式除細動器	1 式	ZOLL AEDPro（マニュアルモード無し） ソフトケース付
	バッテリー	2 式	SuperPower 充電式バッテリー
	ディスポバッテリー	1 式	AEDPro 使い捨てバッテリー
	心電図ケーブル	1 式	AEDPro 心電図ケーブル

## 2 その他の救急資機材

No.	品名	数量	仕様
1	バックボード	1 式	ハイテックバックボード 2010 ストラップ・ヘッド イモビライザー付 サムスリング-II（2式、スタンダード、スモール）
2	止血帯	2 式	CAT コンバット
3	救急カバン	1 式	モデル 5107 プロトラウマキット 3 ウェイタイプ
4	血圧計	2 式	アナロイドワンハンド （テルモ電子血圧計 ES-H56） （カフ大人、大人小、小児、乳幼児、大腿用） オムロン手首自動血圧計 HEM-6230（同等品可）
5	心臓マッサージシステム	1 式	LUCAS3 本体（標準付属品含む）
		1 式	LUCAS 用バッテリー充電器
		1 式	LUCAS 用バッテリー
		1 式	LUCAS 用 AC 電源アダプタ
		1 式	LUCAS 用 12V/DC 車載ケーブル
		1 式	LUCAS 用ディスポーザブル吸着カップ 3 個入

6	のう盆	1 式	大、中、小
7	点滴スタンド	1 台	モデル 513-13
8	マギール鉗子 (大、小)	1 式	
9	救命浮環	1 式	(自動膨張式、ボンベ含む)
10	応急冷却セット	1 式	バーンセット
11	布担架 (足袋付ターポリン担架)	2 式	ベルト 2 本付
12	処理用具セット	1 式	ステンレスバサミ (包帯剪刀) 3 本
13	救急用万能バサミ	1 式	レスキューシザー
14	分娩セット	1 式	
15	強力ライト	3 式	LUMITECH 製スティンガーLED HD 付属品等一式
16	毛布	2 式	シングル
17	オキシゲンキャリーキット	1 式	別途協議
18	観察用資機材	1 式	デジタルカメラ (小型軽量タイプ) (SD カード系使用可能タイプとし、32 GB の SD カード 1 枚含む。)
19	ペンライト	3 式	アルカプッシュ
20	聴診器	1 式	マスターカーディオロジー
21	耐刃防護衣	3 式	救急隊用
22	防護マスク	3 式	3M 600D1N 吸収缶付 (使用年数 10 年)
23	薬剤投与用タイマー	1 式	DRETEC ハイブタイマー (ポケスリム) T-501WT ブラック
24	在宅医療処置セット	1 式	別途協議
25	開口器	1 式	エスマルヒ式
26	酸素ボンベ (10ℓ)	1 本	刻印 200 を記入 (未充填)
27	酸素ボンベ (2ℓ)	1 本	刻印 200 を記入 (未充填)
28	電極パッド	10 式	成人用 Stat-padz II
29	検電器	1 式	音響発光低圧式
30	O <sub>2</sub> 自動制御モニター付きO <sub>2</sub> ボンバースガス発生装置	1 式	BT-03S
31	デジタル式電波時計	1 式	